

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgG) عنوان کنترل : high کنترل
 عنوان دستگاه : الایزایدر سری ساخت : ۹۷۰۰۲
 شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۲۷	۲.۰۷۲	۲۵.۱۲۴	۲۸.۱۹۶	۴۱.۲۶۸	۴۴.۲۴	۴۷.۴۱۲	۵۰.۴۸۴	۵۳.۵۵۶

مقدار	تاریخ
۴۵.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴۲.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴۶.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۴۱.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۴۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴۱.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۴۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۸

CV%: 5.325	SD: 2.3	Mean: 43.2
------------	---------	------------

