

عنوان کنترل : کنترل high
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgG)
عنوان دستگاه : الیزا ریدر
سری ساخت : ۹۷۰۰۲

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷.۰۸۱	۳.۲۱۲	۳۵.۷۲۴	۳۸.۹۳۶	۴۲.۱۴۸	۴۵.۳۶	۴۸.۵۷۲	۵۱.۷۸۴	۵۴.۹۹۶

مقدار	تاریخ
۴۲.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۹.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۴۸.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۴۵.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۳۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴۷.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۴۵.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲

CV%: 8.087	SD: 3.511	Mean: 43.41
------------	-----------	-------------

