

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgG)
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 سری ساخت : ۹۷۰۰۲
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
 کنترل high

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۸۶	۳.۱۲۸	۳۵.۳۸۶	۳۸.۵۱۴	۴۱.۶۴۳	۴۴.۷۷	۴۷.۸۹۸	۵۱.۰۲۶	۵۴.۱۵۴

مقدار	تاریخ
۴۳.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۴۸.۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴۸.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۴۹.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۵.۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۵.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴۵.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴۳.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳۹.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 6.57	SD: 2.961	Mean: 45.069
-----------	-----------	--------------

