

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgM
عنوان دستگاه : الیزاریدر
سری ساخت : ۲۹۵
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۴۷۳	۰.۳۲۹	۸.۴۸۶	۸.۸۱۵	۹.۱۴۴	۹.۴۷۳	۹.۸۰۲	۱۰.۱۳۱	۱۰.۴۶

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۹.۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۹.۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۹.۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۹.۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۹.۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۸.۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۱

CV%: 2.784	SD: 0.256	Mean: 9.19
------------	-----------	------------

