

عنوان آزمایش : H.Pylori (IgM)

عنوان دستگاه : الیزا ریدر

سری ساخت : 295

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1398/06/26

پولد سرم

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
10.271	9.964	9.657	9.35	9.043	8.736	8.429	0.307	3.284

تاریخ	مقدار
20/04/1400	8.9

تاریخ	مقدار
08/04/1400	9
10/04/1400	9.7
14/04/1400	9.4

تاریخ	مقدار
01/04/1400	9.5
03/04/1400	9.3
06/04/1400	9.4

Mean: 9.314	SD: 0.279	CV%: 3
-------------	-----------	--------

