

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgM
عنوان دستگاه : الایزایدر
سری ساخت : ۲۹۵
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۷۲۵	۰.۲۵۵	۸.۵۴۲	۸.۷۹۷	۹.۰۵۲	۹.۳۰۷	۹.۵۶۲	۹.۸۱۷	۱۰.۰۷۲

مقدار	تاریخ
۹.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲

CV%: 1.064	SD: 0.1	Mean: 9.4
------------	---------	-----------

