

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgM) الیزاریدر
 عنوان دستگاه : الیزاریدر
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 سری ساخت : ۲۹۵

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۶۳۷	۰.۳۴۵	۸.۴۴۵	۸.۷۹	۹.۱۳۵	۹.۴۸	۹.۸۲۵	۱۰.۱۷	۱۰.۵۱۵

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۹.۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۵
۹.۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۹.۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۰
۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۸.۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱
۹.۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۰.۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۶
۹.۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۰

CV%: 4.643	SD: 0.441	Mean: 9.5
------------	-----------	-----------

