

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori (IgM
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : پولد سرم
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 سری ساخت : ۲۹۵

%CV	SD	SD۲-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۲
۴.۲۲۱	۰.۴	۸.۲۶۳	۸.۶۶۳	۹.۰۶۳	۹.۴۶۳	۹.۸۶۳	۱۰.۲۶۳	۱۰.۶۶۳

مقدار	تاریخ
۹.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۹.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۹.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۹.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۰.۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۹.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۲

CV%: 4.152	SD: 0.397	Mean: 9.57
------------	-----------	------------

