

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgM) الایزایدر
عنوان دستگاه : الایزایدر
سرری ساخت : ۲۹۵
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳.۱۷۵	۰.۳۰۵	۸.۶۹۲	۸.۹۹۷	۹.۳۰۲	۹.۶۰۷	۹.۹۱۲	۱۰.۲۱۷	۱۰.۵۲۲

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۹.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۹.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹.۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مقدار	تاریخ
۹.۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۹.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۹.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲

CV%: 3.169	SD: 0.3	Mean: 9.467
------------	---------	-------------

