

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : (H.Pylori IgM)
 عنوان دستگاه : الایزایدر
 عنوان کنترل : عنوان کنترل :
 شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
 سری ساخت : ۲۹۵

%CV	SD	SD۳-	SD۲-	SD۱-	MEAN	SD۱	SD۲	SD۳
۳.۱۴۱	۰.۲۹۸	۸.۵۹۹	۸.۸۹۷	۹.۱۹۵	۹.۴۹۳	۹.۷۹۱	۱۰.۰۸۹	۱۰.۳۸۷

مقدار	تاریخ
۱۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۹.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹

مقدار	تاریخ
۸.۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۹.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۹.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۹.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۹.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.449	SD: 0.417	Mean: 9.383
------------	-----------	-------------

