

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

BE00۰۱۵۳۷ : سری ساخت

HAV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۰۳۷	۰.۰۷۵	۱.۶۳۱	۱.۷۰۶	۱.۷۸۱	۱.۸۵۶	۱.۹۳۱	۲.۰۰۶	۲.۰۸۱

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱.۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	۲.۰۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶	۱.۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
		۱.۸۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۸	۱.۹۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
		۱.۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۱.۸۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
		۱.۹	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	۲	۱۴۰۰/۰۱/۲۵
CV%: 3.582		SD: 0.069		Mean: 1.924	

