

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

HAV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۷۹۹	۰.۱۱۱	۱.۵۸۱	۱.۶۹۳	۱.۸۰۳	۱.۹۱۴	۲.۰۲۵	۲.۱۳۶	۲.۲۴۷

مقدار	تاریخ
۲.۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱.۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۱.۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱.۷۷	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱.۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۴

CV%: 7.529	SD: 0.145	Mean: 1.931
------------	-----------	-------------

