

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۱	۰.۱۲۱	۱.۶۲۶	۱.۷۴۷	۱.۸۶۸	۱.۹۸۹	۲.۱۱	۲.۲۳۱	۲.۳۵۲

مقدار	تاریخ
۱.۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۱.۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲.۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲.۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲.۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱.۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۱.۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲.۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲.۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۱.۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۱.۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱.۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۱.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۱.۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۲.۱۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۱.۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۱.۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۱.۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۱.۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۱.۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 6.627	SD: 0.128	Mean: 1.932
------------	-----------	-------------

