

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۱۱۹	۰.۱۲۶	۱.۶۸	۱.۸۰۶	۱.۹۳۲	۲.۰۵۸	۲.۱۸۴	۲.۳۱	۲.۴۳۶

مقدار	تاریخ
۱.۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱.۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۱.۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲.۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۱.۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۵

مقدار	تاریخ
۱.۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱.۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲.۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۱.۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۷

CV%: 4.753	SD: 0.093	Mean: 1.964
------------	-----------	-------------

