

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۱/۳۰:

سری ساخت : BE00۰۱۵۳۷

عنوان آزمایش : (HAV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸	۰.۱۲۹	۱.۲۲۸	۱.۳۵۷	۱.۴۸۶	۱.۶۱۵	۱.۷۴۴	۱.۸۷۳	۲.۰۰۲

مقدار	تاریخ
۱.۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱.۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱.۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱.۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۱.۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱.۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱.۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱.۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸

CV%: 7.892	SD: 0.131	Mean: 1.661
------------	-----------	-------------

