

عنوان کنترل : abbot I

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

عنوان آزمایش : (HAV Ab(IgG

عنوان دستگاه : ABBOTT

سری ساخت : ۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۰	۰.۴۱۷	۱.۰۲۹	۱.۴۴۶	۱.۸۶۳	۲.۲۸	۲.۶۹۷	۳.۱۱۴	۳.۵۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۱
۲.۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۲.۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳
۲.۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۲.۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۲.۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱
۲.۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۲.۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۲.۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵
۲.۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۲.۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۲.۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲
۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳
۲.۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۴
۲.۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۲.۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۲.۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸
۲.۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹

CV%: 8.802	SD: 0.228	Mean: 2.588
------------	-----------	-------------

