

عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل
۱۳۹۵/۰۷/۰۱:

عنوان آزمایش : HbAb (IgM)-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : LI0058504

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۴۸۱	۰.۱۰۶	۲.۷۱۴	۲.۸۲	۲.۹۳۶	۳.۰۳۲	۳.۱۳۸	۳.۲۴۴	۳.۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳
۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۶

مقدار	تاریخ
۳.۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۰
۳.۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۲.۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۳.۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۳.۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۸

CV%: 2.819	SD: 0.086	Mean: 3.036
------------	-----------	-------------

