

عنوان کنترل : abbot  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۸/۱۱:

سری ساخت : /L0058504

عنوان آزمایش : HbAb (IgM)-CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۳	۰.۵۳۷	۱.۵۹۹	۲.۱۳۶	۲.۶۷۳	۳.۲۱	۳.۷۴۷	۴.۲۸۴	۴.۸۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۳.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳.۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۳.۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳.۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳.۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳.۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳.۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۳.۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶

مقدار	تاریخ
۳.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳

CV%: 8.301	SD: 0.285	Mean: 3.439
------------	-----------	-------------



22