

عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل
۱۴۰۰/۰۸/۱۱:

سری ساخت : /L0058504

عنوان آزمایش : HBcAb (IgM)-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۷.۳	۰.۵۳۷	۱.۵۹۹	۲.۱۳۶	۲.۶۷۳	۳.۲۱	۳.۷۴۷	۴.۲۸۴	۴.۸۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲.۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۲.۸۹	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۲.۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۲.۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲.۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۳.۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۳.۱۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۶۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳.۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳.۱۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۳.۲۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۳.۴۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۳.۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۳.۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۳.۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۳.۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۳.۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۳.۷۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۳

مقدار	تاریخ
۳.۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۳.۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۳.۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۳.۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۴.۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۳.۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۳.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۳.۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹

CV%: 10.243	SD: 0.336	Mean: 3.278
-------------	-----------	-------------

