

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
سری ساخت : L0058504
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶۷۱	۰.۱۲۳	۲.۹۸۸	۲.۱۱۱	۲.۲۳۴	۳.۳۵۷	۲.۴۸	۳.۶۰۳	۳.۷۳۶

مقدار	تاریخ
۳.۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۳.۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۳.۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۳.۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۳.۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۴

CV%: 3.138	SD: 0.106	Mean: 3.384
------------	-----------	-------------

