

عنوان آزمایش : (HbAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
عنوان کنترل : abbot
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
سری ساخت : /L005۸۵۰۴

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۲۶۶	۰.۱۶۵	۲.۶۳۲	۲.۷۹۷	۲.۹۶۲	۳.۱۲۷	۳.۲۹۲	۳.۴۵۷	۳.۶۲۲

مقدار	تاریخ
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳.۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳.۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳.۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳.۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۳.۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳.۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۳.۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۳.۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۳.۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۳.۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹
۳.۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۳.۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۳.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۳.۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳.۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵

CV%: 3.806	SD: 0.122	Mean: 3.2
------------	-----------	-----------

