

abbott : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : (HBcAb (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : LI00۵۸۵۰۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۵۲۱	۰.۱۴۷	۲.۸۱۴	۲.۹۶۱	۳.۱۰۸	۳.۲۵۵	۳.۴۰۲	۳.۵۴۹	۳.۶۹۶

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۳.۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۳.۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۳.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۳.۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۳.۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۳.۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

CV%: 3.452	SD: 0.107	Mean: 3.087
------------	-----------	-------------

