

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۴/۲۸:

سری ساخت : BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
IgG/M/A)CLIA
abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۷۴	۰.۱۳۷	۲.۳۳۶	۲.۳۷۳	۲.۵۱	۲.۶۴۷	۲.۷۸۴	۲.۹۲۱	۲.۰۵۸

مقدار	تاریخ
۲.۷	۱۴۰۰/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲.۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۸
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۹
۲.۷۸	۱۴۰۰/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۲.۶۵	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۲.۶۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۴
۲.۵۹	۱۴۰۰/۰۱/۲۵

CV%: 5.547	SD: 0.144	Mean: 2.597
------------	-----------	-------------

