

Qualitative

تاریخ :	دوشنبه 7 تیر 1400	آزمایش 1 :	HBcAb (Total: IgG/M/A)
کیفیت :	Diapro	کنترل :	Diapro-negative
شرکت سازنده :	Diapro	شرکت سازنده :	Diapro
سری ساخت :	C8T6/3	سری ساخت :	C8T6/3
تاریخ انقضاء :	2022/01/30	تاریخ انقضاء :	2022/01/30
معیار پذیرش :	<0.9	مرجع معیار پذیرش :	بروشور کیفیت

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	نتیجه	اقدام اصلاحی
19/04/1400	(میلاد رحمانی پور) 884	0.2	
16/04/1400	(میلاد رحمانی پور) 884	0.3	
14/04/1400	(میلاد رحمانی پور) 884	0.1	
12/04/1400	(میلاد رحمانی پور) 884	0.2	
09/04/1400	(میلاد رحمانی پور) 884	0.1	