

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : -/-/BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
(IgG/M/A

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۴۷۳	۰.۰۹	۲.۳۱۳	۲.۴۰۳	۲.۴۹۳	۲.۵۸۳	۲.۶۷۳	۲.۷۶۳	۲.۸۵۳

مقدار	تاریخ
۲.۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۴
۲.۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۷

مقدار	تاریخ
۲.۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲.۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۲.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲.۵۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲.۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲.۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۴

CV%: 2.582	SD: 0.065	Mean: 2.522
------------	-----------	-------------

