

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : -/-/BE00۱۰۴۳۴

HBcAb (Total:
(IgG/M/A
abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۲۶	۰.۲۱۹	۱.۹۹۸	۲.۲۱۷	۲.۴۳۶	۲.۶۵۵	۲.۸۷۴	۳.۰۹۳	۳.۳۱۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲.۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲.۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۲.۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲.۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۲.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲.۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲.۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲.۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲.۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲.۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲.۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۲.۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 5.359	SD: 0.14	Mean: 2.613
------------	----------	-------------



22