

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۸/۰۱:

سری ساخت : -/-/BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
(IgG/M/A

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۱۹۱	۰.۰۰۸	۲.۲۸۱	۲.۳۶۱	۲.۴۴۱	۲.۵۲۱	۲.۶۰۱	۲.۶۸۱	۲.۷۶۱

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲.۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲.۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۲.۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۲.۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۲.۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۲.۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۹

CV%: 2.319	SD: 0.058	Mean: 2.49
------------	-----------	------------

