

عنوان کنترل : abbot

شروع کنترل
۱۴۰۲/۰۱/۳۰:

سری ساخت : /---/BE00۱۰۴۳۴

HbAb (Total:
(IgG/M/A

abbot

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۶۷۸	۰.۲۳۱	۱.۶۹۸	۱.۹۳۹	۲.۱۶	۲.۳۹۱	۲.۶۲۲	۲.۸۵۳	۲.۰۸۴

مقدار	تاریخ
۲.۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۲.۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۲.۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۲.۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۲.۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۲.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۲.۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۲.۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹

مقدار	تاریخ
۲.۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۲.۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۲.۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱.۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۲.۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰

CV%: 7.564	SD: 0.18	Mean: 2.383
------------	----------	-------------

