

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Diasorin-High : عنوان کنترل :

شروع کنترل
۱۳۹۸/۱۲/۰۲:

سری ساخت : ۵۹۱۰۴۹۰

HbAb (Total:
(IgG/M/A

لیازون

: عنوان آزمایش :

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۵.۴۹۲	۰.۰۲۴	۰.۳۶۹	۰.۳۹۳	۰.۴۱۷	۰.۴۴۱	۰.۴۶۵	۰.۴۸۹	۰.۵۱۲

مقدار	تاریخ
۰.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۰.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۰.۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۰.۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۰.۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۰.۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۰.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۰.۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۰.۴۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۰.۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳

مقدار	تاریخ
۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۰.۴۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۰.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۰.۴۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۰.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۰.۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۰.۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۰.۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.568	SD: 0.021	Mean: 0.452
------------	-----------	-------------