

Diasorin : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۵/۱۲:

سری ساخت : -//۷۰۲۶۰۶۰

HBsAb-CLIA : عنوان آزمایش :  
LIASON : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۷.۲	۷.۳۳۳	۳۲.۰۰۱	۳۹.۳۳۴	۴۶.۶۶۷	۵۴	۶۱.۳۳۳	۶۸.۶۶۶	۷۵.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴۵.۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۴۵.۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۴۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۴۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۵۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۶۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۳.۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۷۵.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۴۳.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۴۴.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۸

CV%: 13.669	SD: 6.761	Mean: 49.464
-------------	-----------	--------------

