

ROCHE I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q  
عنوان دستگاه : کویاس E411  
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۲۴۶	۰,۲۸۳	۲,۵۸۴	۲,۸۶۷	۳,۱۵	۳,۴۳۳	۳,۷۱۶	۳,۹۹۹	۴,۲۸۲

مقدار	تاریخ
۳,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳,۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۳,۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۳,۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۳,۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۲,۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲,۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۲,۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۲,۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۲,۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۳,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲,۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۳,۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۲,۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۳,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۲,۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳,۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲,۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 9.981	SD: 0.318	Mean: 3.181
------------	-----------	-------------

