

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q
عنوان دستگاه : کویاس E411
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۰۲	۰,۲۱۲	۲,۹۶	۳,۱۷۲	۳,۳۸۴	۳,۵۹۶	۳,۸۰۸	۴,۰۲	۴,۲۳۲

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۳,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸

مقدار	تاریخ
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۵
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۶
۳,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۳,۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۱

مقدار	تاریخ
۳,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۲
۳,۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۳,۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵
۳,۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۳,۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۸
۳,۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹
۳,۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۳,۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲

CV%: 5.654	SD: 0.196	Mean: 3.46
------------	-----------	------------



22