

ROCHE I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

عنوان آزمایش : (HBsAg (Q
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۵۹۳۶۴۶۰۱

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۸۵	۰,۳۱۷	۲,۲۶۴	۲,۵۸۱	۲,۸۹۸	۳,۲۱۵	۳,۵۳۲	۳,۸۴۹	۴,۱۶۶

مقدار	تاریخ
۳,۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۳,۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳,۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۲,۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳,۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۳,۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳,۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۳,۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲,۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳,۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳,۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۳,۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۳,۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 8.891	SD: 0.301	Mean: 3.391
------------	-----------	-------------

