

ROCHE : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

سری ساخت : ۴۹۱۰۲۸

HCV Ab-CLIA : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۲۵	۲.۴۶	۲.۸۱	۳.۱۶	۳.۵۱	۳.۸۶	۴.۲۱	۴.۵۶

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳.۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳.۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۳.۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳.۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۴.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۳.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۳.۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۳.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۳.۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۳.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۳.۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۳.۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳.۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳.۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱

CV%: 7.027	SD: 0.251	Mean: 3.573
------------	-----------	-------------

