

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۶۴۳	۰,۳۹۴	۲,۸۹۹	۳,۲۹۳	۳,۶۸۷	۴,۰۸۱	۴,۴۷۵	۴,۸۶۹	۵,۲۶۳

مقدار	تاریخ
۳,۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳,۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳,۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸
۳,۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۴,۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۹
۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳,۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۴,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۳,۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳,۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳,۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۴,۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۴,۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲

CV%: 10.153	SD: 0.394	Mean: 3.881
-------------	-----------	-------------

