

perci con hcv : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

HCV Ab : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۳۳۳۶۴

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۱۰۵	۰,۲۶۷	۲,۹۶۳	۳,۲۳	۳,۴۹۷	۳,۷۶۴	۴,۰۳۱	۴,۲۹۸	۴,۵۶۵

مقدار	تاریخ
۳,۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۳,۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸
۳,۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۳,۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۳,۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹
۳,۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱
۳,۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۳,۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷
۳,۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸
۳,۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱
۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
۳,۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶

CV%: 7.138	SD: 0.264	Mean: 3.697
------------	-----------	-------------

