

عنوان کنترل : ctl M

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

سری ساخت : /K25119۸۸

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA

عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۰۸۸	۱۶.۹۳۱	۱۳۵.۵۱۷	۱۵۲.۴۴۸	۱۶۹.۳۷۹	۱۸۶.۳۱	۲۰۳.۲۴۱	۲۲۰.۱۷۳	۲۳۷.۱۰۳

مقدار	تاریخ
۲۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۲۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۱۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۲۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۲۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۱۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۱۷۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۷۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۱۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۷۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۱۸۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۱۸۲.۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 9.325	SD: 17.852	Mean: 191.438
------------	------------	---------------

