

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
عنوان کنترل : عنوان کنترل : ROCHE II
سری ساخت : ۲۸۶۳۱۱
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۳	۳۲.۶۶۷	۲۶۳.۹۹۹	۲۹۶.۶۶۶	۲۲۹.۲۳۳	۳۶۲	۳۹۴.۶۶۷	۴۲۷.۲۳۴	۴۶۰.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۳۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

مقدار	تاریخ
۳۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳۲۹.۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۳۱۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰

CV%: 12.225	SD: 43.41	Mean: 355.1
-------------	-----------	-------------

