

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA  
عنوان دستگاه : کوباس E411  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : ROCHE I  
سری ساخت : ۴۰۳۴۸۵ /  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۴.۳	۴.۳۳۳	۳۵.۱۰۱	۳۹.۴۳۴	۴۳.۷۶۷	۴۸.۱	۵۲.۴۳۳	۵۶.۷۶۶	۶۱.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۵۳.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵۴.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۴۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۴.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۸.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۸.۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۵۴.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵۶.۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۵۳.۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۳.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۵۷.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۵۲.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۵۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۵۶.۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۵.۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۸

CV%: 7.658	SD: 4.04	Mean: 52.752
------------	----------	--------------

