

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA  
عنوان دستگاه : الیزا ریدر  
سری ساخت : ۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۳	۱.۶	۷۲.۲	۷۴.۸	۷۶.۴	۷۸	۷۹.۶	۸۱.۲	۸۲.۸

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱
۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۷

مقدار	تاریخ
۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶

CV%: 1.805	SD: 1.414	Mean: 78.333
------------	-----------	--------------

