

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
عنوان کنترل : عنوان کنترل : ROCHE I
سری ساخت : ۴۰۳۴۸۵ / شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۳	۴.۳۳۳	۲۵.۱۰۱	۲۹.۴۳۴	۴۳.۷۶۷	۴۸.۱	۵۲.۴۳۳	۵۶.۷۶۶	۶۱.۰۹۹

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۴۳.۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۵۴.۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴۹.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۵۰.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۴۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۵۸.۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۵
۴۸.۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۵۴.۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵۶.۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۵۳.۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵۴.۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۵۳.۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
۵۳.۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۵۷.۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۵۲.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۷
۵۵.۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۵۶.۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۴
۵۵.۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۴۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۱

CV%: 7.429	SD: 3.878	Mean: 52.204
------------	-----------	--------------

