

عنوان کنترل : کنترل He4-low
شروع کنترل :
۱۴۰۱/۰۶/۰۱:

سری ساخت : ۵۶۶۳۱۷

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : Elecsys

| %CV | SD | SD ² - | SD ² - | SD ¹ - | MEAN | SD ¹ | SD ² | SD ² |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۳ | ۴.۰۳۳ | ۳۲.۸۰۱ | ۳۶.۸۳۴ | ۴۰.۸۶۷ | ۴۴.۹ | ۴۸.۹۳۳ | ۵۲.۹۶۶ | ۵۶.۹۹۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
| ۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۴.۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
| ۴۴.۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
| ۴۳.۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
| ۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴۳.۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
| ۴۴.۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
| ۴۳.۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
| ۵۲.۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |

| | | |
|------------|-----------|------------|
| CV%: 6.326 | SD: 2.859 | Mean: 45.2 |
|------------|-----------|------------|

