

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوباس E411
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

%CV	SD	SD _۲ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۲.۱۷	۹.۱۱۸	۲۶۰.۲۷۸	۲۶۹.۳۹۶	۲۷۸.۵۱۴	۲۸۷.۶۳۳	۲۹۶.۷۵	۳۰۵.۸۶۸	۳۱۴.۹۸۶

مقدار	تاریخ
۲۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲
۲۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴

مقدار	تاریخ
۲۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

CV%: 3.729	SD: 10.737	Mean: 287.909
------------	------------	---------------

