

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : Elecsys
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۷۷۸	۲۳,۴۷	۲۷۵,۸۶۵	۲۹۹,۳۳۵	۳۲۲,۸۰۵	۳۴۶,۲۷۵	۳۶۹,۷۴۵	۳۹۳,۲۱۵	۴۱۶,۶۸۵

مقدار	تاریخ
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۳۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۳۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۳۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۳۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

CV%: 6.454	SD: 22.761	Mean: 352.636
------------	------------	---------------

