

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : Elecsys
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۳۵	۲۲,۲۸۳	۲۸۴,۰۹۱	۳۰۶,۳۷۴	۳۲۸,۶۵۷	۳۵۰,۹۴	۳۷۳,۲۲۳	۳۹۵,۵۰۶	۴۱۷,۷۸۹

مقدار	تاریخ
۳۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۳۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۳۷۶,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۲۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
۳۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۳۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴

CV%: 6.797	SD: 23.344	Mean: 343.467
------------	------------	---------------

