

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

HE4 (CLIA : عنوان آزمایش :
Elecsys : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۱۱	۲۲,۶۳۳	۲۷۹,۷۲	۳۰۲,۳۵۳	۳۲۴,۹۸۶	۳۴۷,۶۱۹	۳۷۰,۲۵۲	۳۹۲,۸۸۵	۴۱۵,۵۱۸

مقدار	تاریخ
۳۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۳۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۳۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۳۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۳۵۱,۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۳۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۲۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۳۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۲۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۹

CV%: 8.167	SD: 26.985	Mean: 330.418
------------	------------	---------------

