

عنوان آزمایش : HE4 (CLIA
عنوان دستگاه : کوپاس E411
سری ساخت : ۰۱
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

%CV	SD	SD ² -	SD ² -	SD ¹ -	MEAN	SD ¹	SD ²	SD ²
۳.۱۷	۹.۱۱۸	۲۶۰.۳۷۸	۲۶۹.۳۹۶	۲۷۸.۵۱۴	۲۸۷.۶۳۳	۲۹۶.۷۵	۳۰۵.۸۶۸	۳۱۴.۹۸۶

مقدار	تاریخ
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳
۳۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۵
۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱
۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶
۳۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۳۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۲

CV%: 3.237	SD: 9.327	Mean: 288.105
------------	-----------	---------------

