

Control LOW : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

عنوان آزمایش : (HE4 (CLIA  
عنوان دستگاه : Elecsys  
سری ساخت : ۶۲۸۶۰۹

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۲	۴,۱	۳۳,۱	۳۷,۲	۴۱,۳	۴۵,۴	۴۹,۵	۵۳,۶	۵۷,۷

مقدار	تاریخ
۴۰,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۲
۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵
۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹

CV%: 6.676	SD: 3.061	Mean: 45.844
------------	-----------	--------------

