

عنوان کنترل : ctl M

عنوان آزمایش : Human epididymus protein

((HE4

شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

سری ساخت : /K25119۸۸

ABBOTT

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۷	۱۷.۵	۱۲۲.۵	۱۴۰	۱۵۷.۵	۱۷۵	۱۹۲.۵	۲۱۰	۲۲۷.۵

مقدار	تاریخ
۱۶۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۱۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۱۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۱۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰
۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۷۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۷۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۴۸.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۵۱.۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴

CV%: 10.322	SD: 17.4	Mean: 168.579
-------------	----------	---------------

