

عنوان آزمایش : (HSV Ab 1+2 (IgG
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : /۶۷۱۰۳۴۰
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
عنوان کنترل : Pooled serum

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲۳,۷۸۳	۲,۷۷۸	۳,۳۴۶	۶,۱۲۴	۸,۹۰۲	۱۱,۶۸	۱۴,۴۵۸	۱۷,۲۳۶	۲۰,۰۱۴

مقدار	تاریخ
۱۳,۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۳,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴
۱۳,۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶
۱۲,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰,۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۱۲,۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۱۳,۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳

CV%: 9.078	SD: 1.14	Mean: 12.557
------------	----------	--------------

